

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2841 /TB-BVNĐ2

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về việc mời chào giá

gói thầu “Dịch vụ Phi tư vấn: Sửa chữa và thay thế vật tư, linh kiện cho Trung tâm máy nén khí y tế Hàm B13 tại Bệnh viện Nhi đồng 2”

Kính gửi: Các đơn vị/ Nhà cung cấp

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Dịch vụ Phi tư vấn: Sửa chữa và thay thế vật tư, linh kiện cho Trung tâm máy nén khí y tế Hàm B13 tại Bệnh viện Nhi đồng 2” theo hình thức đấu thầu rộng rãi với nội dung cụ thể như sau:

Kính mời các đơn vị/ nhà cung cấp gửi Hồ sơ chào giá về Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Nhi đồng 2, địa chỉ: số 14 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.

### 1. Hồ sơ chào giá gồm:

- Thư giới thiệu nộp Hồ sơ báo giá (có đầy đủ thông tin liên hệ của đơn vị/ nhà cung cấp hàng hóa, giấy phép thành lập doanh nghiệp);

- Bảng chào giá có đầy đủ danh mục theo **Phụ lục 1. Danh mục chi tiết** và **Phụ lục 2. Mẫu Bảng báo giá** đính kèm thông báo này (Giá chào cho gói thầu là giá đã bao gồm toàn bộ tất cả các chi phí để thực hiện gói thầu theo quy định).

- Thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực .

### 2. Cách tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp bản giấy tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị (Địa chỉ: 14 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, quận 1, Tp. HCM- Điện thoại số: 028.38295723 – 220 và đồng thời Quý công ty/đơn vị gửi file Excel Bảng chào giá đến địa chỉ: [hanhchinhqt.nd2@gmail.com](mailto:hanhchinhqt.nd2@gmail.com)

**3. Địa điểm nộp:** Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Nhi đồng 2, địa chỉ: số 14, Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.

Thông tin liên hệ: 028.38295723 – 220 (Phòng Hành chính Quản trị) gặp CN. Thùy Trang.

**4. Hạn nộp Hồ sơ chào giá:** vào lúc 16 giờ 00 phút - ngày 20 tháng 12 năm 2024 (trong giờ hành chính: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút - chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút).

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Nhà thầu;
- Lưu VT, HCQT (NMTT, 3)

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**BS. CKH Lê Thị Minh Hồng**



## PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CHI TIẾT

(Đính kèm đính kèm Thông báo số 241/TB-BVND2 ngày 23 tháng 12 năm 2024 về việc mời chào giá Gói thầu: Dịch vụ Phi tư vấn: Sửa chữa và thay thế vật tư, linh kiện cho Trung tâm máy nén khí y tế Hàm B13 tại Bệnh viện Nhi đồng 2)

STT	Mô tả	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật	Ghi chú
1	Dịch vụ Phi tư vấn: Sửa chữa và thay thế vật tư, thiết bị cho Trung tâm máy nén khí y tế Hàm B13 tại Bệnh viện Nhi đồng 2 Bao gồm:	Gói	01		
1.1	Thay Bộ linh kiện thay thế mỗi hai năm bộ sấy lọc khí nén y tế	Bộ	03	Tương thích lắp vào bộ sấy lọc khí SEC7HC AD5195 của hệ thống khí nén y tế Hospitair Scrolair Pack Bệnh viện đang sử dụng, gồm có:  - Van thường mở NO V1/V3: 2 cái - Van thường đóng NC R2/R4: 2 cái - Lõi van C1/C2: 2 cái - Van xả SV cho bộ lọc PF, SUB: 2 cái - Linh kiện bảo trì cho bộ xả nước tự động Beko 12: 1 bộ	Cụm máy A, B, C
1.2	Thay Bộ linh kiện bảo trì định kỳ hằng năm cho bộ sấy và lọc sạch khí nén y tế	Bộ	03	Tương thích lắp vào bộ sấy và lọc sạch khí SEC 7HC-AD5195 của hệ thống khí nén y tế Hospitair Scrolair Pack Bệnh viện đang sử dụng, gồm có:  - Lõi lọc PF, kích thước của các hạt lọc được tối đa $\geq 1 \mu\text{m}$ - Lõi lọc SUB, kích thước của các hạt lọc được tối đa $\geq 0.01 \mu\text{m}$	Cụm máy A, B, C

STT	Mô tả	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật	Ghi chú
				- Bộ giảm thanh	
1.3	Thay Bộ linh kiện bảo trì mỗi 2500 giờ hoặc hai năm hoạt động đầu nén xoắn ốc không dầu.	Bộ	11	<p>Tương thích lắp vào đầu nén xoắn ốc không dầu Scroll 29SP2 CB của hệ thống khí nén y tế Hospitair Scrolair Pack Bệnh viện đang sử dụng, gồm có:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lọc khí đầu vào đầu nén xoắn ốc: 2 cái</li> <li>- Van một chiều tại ống dẫn khí: 1 cái</li> </ul>	Cụm máy A (1 đầu bơm), B (5 đầu bơm), C (5 đầu bơm)
1.4	Thay Van một chiều tại ống dẫn khí	Cái	4	Tương thích lắp vào hệ thống khí nén y tế Hospitair Scrolair Pack Bệnh viện đang sử dụng.	Cụm máy A (4 đầu bơm)
1.5	Thay Bộ linh kiện bảo trì mỗi 5000 giờ hoặc ba năm hoạt động đầu nén xoắn ốc không dầu	Bộ	11	<p>Tương thích lắp vào đầu nén xoắn ốc không dầu Scroll 29SP2 CB của hệ thống khí nén y tế Hospitair Scrolair Pack Bệnh viện đang sử dụng, gồm có:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gioăng đệm mặt xoắn ốc và mỡ bôi trơn chịu nhiệt: 1 bộ</li> <li>- Van một chiều tại đầu nén: 1 cái</li> <li>- Dây cuaro: 2 dây</li> </ul>	Cụm máy A (1 đầu bơm), B (5 đầu bơm), C (5 đầu bơm)
1.6	Thay Van một chiều tại đầu nén	Cái	4	Tương thích lắp vào hệ thống khí nén y tế Hospitair Scrolair Pack Bệnh viện đang sử dụng	Cụm máy A (4 đầu bơm)
1.7	Thay Dây cuaro	Dây	8	Tương thích lắp vào hệ thống khí nén y tế Hospitair Scrolair Pack Bệnh viện đang sử dụng	Cụm máy A (4 đầu bơm)

STT	Mô tả	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật	Ghi chú
1.8	Thay Đầu nén xoắn ốc không dầu	Máy	04	<p>Tương thích với đầu nén Scroll 29SP2 CB của hệ thống khí nén y tế Hospitair Scrolair Pack Bệnh viện đang sử dụng, gồm có:</p> <p>Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 8573-1 Class zero</p> <p>Đầu nén khí không dầu</p> <p>Dạng đầu nén: xoắn ốc</p> <p>Lưu lượng: <math>\geq 35</math> m<sup>3</sup>/h tại áp suất 8 bar</p> <p>Áp suất làm việc lớn nhất: 8 - 10bar</p> <p>Phù hợp với động cơ điện hiện hữu 5,5 kW</p> <p>Cam kết đầu nén khí phải tương thích lắp vào với hệ thống khí nén y tế Hospitair Scrolair Pack hiện hữu của Bệnh viện đang sử dụng, kích thước tổng thể tối đa khi lắp đặt vào hệ thống. Kích thước: Dài 400 x Rộng 450 x Cao 350mm</p>	<p>Thay 4 đầu bơm nén cụm máy A:</p> <p>- S/N: MA 172861</p> <p>- S/N: MA 174947</p> <p>- S/N: MA 172988</p> <p>- S/N: MA 174946</p>

VIỆN  
ĐANG

*[Handwritten signature]*



## PHỤ LỤC 2: MẪU BẢNG BÁO GIÁ

(Đính kèm đính kèm Thông báo số 141/TB-BVNĐ2 ngày 23 tháng 12 năm 2024 về việc mời chào giá Gói thầu. Dịch vụ Phi tư vấn: Sửa chữa và thay thế vật tư, linh kiện cho Trung tâm máy nén khí y tế Hàm B13 tại Bệnh viện Nhi đồng 2).

CÔNG TY.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

### BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nhi đồng 2

Căn cứ Thông báo số 141/TB-BVNĐ2 ngày 23 tháng 12 năm 2024 của Bệnh viện Nhi đồng 2, Công ty..... xin thực hiện chào giá cung cấp Dịch vụ Phi tư vấn: Sửa chữa và thay thế vật tư, linh kiện cho Trung tâm máy nén khí y tế Hàm B13 tại Bệnh viện Nhi đồng 2 theo nội dung cụ thể như sau:

#### 1. Bảng giá dịch vụ phi tư vấn:

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (đồng) Đã có VAT	Thành tiền (đồng) Đã có VAT	Thông số kỹ thuật nhà thầu đề xuất đáp ứng theo yêu cầu Phụ lục 01
1	Dịch vụ Phi tư vấn: Sửa chữa và thay thế vật tư, thiết bị cho Trung tâm máy nén khí y tế Hàm B13 tại Bệnh viện Nhi đồng 2 Bao gồm:	Gói	01	...	...	
1.1	Thay Bộ linh kiện thay thế mỗi hai năm bộ sấy lọc khí nén y tế	Bộ	03	...	...	
1.2	Thay Bộ linh kiện bảo trì định kỳ hằng năm cho bộ sấy và lọc sạch khí nén y tế	Bộ	03	...	...	

1.3	Thay Bộ linh kiện bảo trì mỗi 2500 giờ hoặc hai năm hoạt động đầu nén xoắn ốc không dầu.	Bộ	11	...	...	
1.4	Thay Van một chiều tại ống dẫn khí	Cái	4	...	...	
1.5	Thay Bộ linh kiện bảo trì mỗi 5000 giờ hoặc ba năm hoạt động đầu nén xoắn ốc không dầu	Bộ	11	...	...	
1.6	Thay Van một chiều tại đầu nén	Cái	4	...	...	
1.7	Thay Dây cuaro	Dây	8	...	...	
1.8	Thay Dầu nén xoắn ốc không dầu	Máy	04	...	...	
<b>TỔNG CỘNG</b> <i>(Đã có VAT) và các chi phí liên quan để thực hiện gói thầu)</i>				<b>... đồng</b> <i>(Bằng chữ: ...)</i>		

....., Ngày tháng năm 2024

**Đại diện hợp pháp**

**CÔNG TY...**

*(Ký tên và ghi rõ Họ & tên)*